

放射線検査機器

測定項目	設置機器名	型式	製造番号	列数	製造会社名	精度管理・メンテナンス
CT ①	AquilionONE	TSX-301A/2A	2AC1112282	320	東芝メディカルシステムズ株式会社	自主点検表に基づく毎日の始業・終業点検、3か月に一度のメーカー点検を行っている。
CT ②	Aquilion64	TSX-101A/GA	7BC0522182	64	東芝メディカルシステムズ株式会社	
CT ④	IOon Spectral CT		860040	64	株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン	
MRI ①	MAGNETOM Trio A Tim System		35232	3T	シーメンス・ジャパン株式会社	年4回メーカーによる品質管理と点検。業務日の始業終業点検と始業点検では、ファントム測定による品質管理を行っている。
MRI ②	MAGNETOM Aera		52098	1.5T	シーメンス・ジャパン株式会社	
MRI ③	Ingenia		42096	3T	株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン	
骨密度測定	DEXA	Discovery-W	83345		東洋メディック株式会社(HOLOGIC)	年1回メーカーによる点検。毎日装置起動時に、骨椎体ファントム測定による品質管理と自主点検を行っている。
骨シンチ①	E.CAM	E.CAM Signature	11352		東芝メディカルシステムズ株式会社	年2回の安全点検で精度管理と点検。1週間に1度は均一性測定を行っている。業務日の始業点検、終業点検。日々、目視による画像抜け確認。
骨シンチ②	E.CAM	E.CAM Signature	11353		東芝メディカルシステムズ株式会社	
骨シンチ③	Symbia Intevo	Symbia Intevo 16	1004		シーメンス・ジャパン株式会社	

放射線検査機器

測定項目	設置機器名	型式	製造番号	列数	製造会社名	精度管理・メンテナンス
PET	PET-CT	Discovery 600M	MF0301		GE Healthcare	年3回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業終業点検と始業点検では、 ファントム測定による品質管理を行っている。 業務日の始業点検、終業点検。 年1回メーカーによるスポット点検。
X線①	Radnext50	DHF-155HⅢ	KC11630002		株式会社日立製作所	
X線②	RADREX	MRAD-A80S	N7B10X2001		東芝メディカルシステムズ株式会社	
X線③	RAD Speed Safire	RAD Speed Safire	4000BED0C001		島津メディカルシステムズ株式会社	
X線④	RAD Speed Pro	RAD Speed Pro	41055F10C002		島津メディカルシステムズ株式会社	