

放射線検査機器

測定項目	設置機器名	製造番号	列数	製造会社名	精度管理・メンテナンス
CT⑦	AquilionONE PRISM	1WD2232149		キャノンメディカルシステムズ株式会社 (設置場所:救急集中治療棟)	自主点検表に基づく毎日の始業・終業点検、 年1回のメーカー点検を行っている。
CT⑧	NAEOTOM Alpha	127238		シーメンス・ジャパン株式会社 (設置場所:B棟2室)	自主点検表に基づく毎日の始業・終業点検、 年1回のメーカー点検を行っている。
CT⑨	Spectral CT 7500	396010		株式会社フィリップス・ジャパン (設置場所:B棟1室)	自主点検表に基づく毎日の始業・終業点検、 3か月に1回のメーカー点検を行っている。
CT⑩	Spectral CT 7500	398005		株式会社フィリップス・ジャパン (設置場所:B棟3室)	自主点検表に基づく毎日の始業・終業点検、 3か月に1回のメーカー点検を行っている。
MRI④	MAGNETOM Trio A Tim System	166069	3.0T	シーメンス・ジャパン株式会社 (設置場所:第1MRI室)	半年に1回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業終業点検と始業点検では、ファントム測定 による品質管理を行っている。
MRI⑥	Achieva dStream 3.0T-DS advance	17569	3.0T	株式会社フィリップス・ジャパン (設置場所:第3MRI室)	3か月に1回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業終業点検と始業点検では、ファントム測定 による品質管理を行っている。
MRI⑦	MR7700	65056		株式会社フィリップス・ジャパン (設置場所:第2MRI室)	3か月に1回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業終業点検と始業点検では、ファントム測定 による品質管理を行っている。
MRI⑧	MAGNETOM Cima X	237604		シーメンス・ジャパン株式会社 (設置場所:第4MRI室)	半年に1回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業終業点検と始業点検では、ファントム測定 による品質管理を行っている。
骨密度測定	HorizonA	300974M		ホロジックジャパン株式会社	年に1回メーカーによる点検。毎日装置起動時に、骨椎体 ファントム測定による品質管理と自主点検を行っている。
骨シンチ③	Symbia Intevo	B4622204		シーメンス・ジャパン株式会社	半年に1回メーカーによる点検。
PET①	Discovery MI	MI4007		GE Healthcare	4か月に1回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業終業点検と始業点検では、ファン トム測定による品質管理を行っている。
PET②	Discovery MI	MI4008		GE Healthcare	
X線⑤	RADSpeed Pro	41F1363B2007		株式会社島津製作所 (設置場所:一般撮影室1)	年1回メーカーによる品質管理と点検。 業務日の始業点検、終業点検。
X線⑥	FUJIFILM DR BENE0-Fx	MP95AB1B1001		富士フイルムメディカル株式会社 (設置場所:一般撮影室2)	
X線⑦	FUJIFILM DR BENE0-Fx	MP95AB0AC001		富士フイルムメディカル株式会社 (設置場所:一般撮影室3)	
X線⑧	FUJIFILM DR BENE0-Fx	416FD27AC001		富士フイルムメディカル株式会社 (設置場所:一般撮影室4)	