

測定項目	製品名	コード番号	管理番号	製造会社名	精度管理・メンテナンス
パルスオキシメータ①	テルモパルスオキシメータA ファインパルスSP2	ZS-NS23	2021-01	テルモ株式会社	毎日使用前に動作確認(自主点検)。 年に1回、メーカー点検依頼。 5年に1回、買い替え。
パルスオキシメータ②	バイタルナビPRO JW-1	39	2022-11	アズワン株式会社	毎日使用前に動作確認(自主点検)。 年に1回、メーカー点検依頼。 5年に2回、買い替え。