

■ 酸素吸入加温加湿装置用水の使用基準と使用期限

【使用基準】

1. 酸素マスク、鼻カニューレを用いた4L/分以上の酸素投与を1時間以上使用するとき

【使用期限】

1. 1人の患者のみに使用し、複数の患者で共用しない。
2. 加湿の必要性がなくなった場合は、使用を止め、2週間以上の使用はしない。



【写真】

酸素吸入加温加湿装置用水
アクアプライム®